

č.j.: KHSJM 24459/2025/ZN/EPID

sp. zn.: S-KHSJM 24459/2025

PROTOKOL o kontrole

pořízený z kontroly vykonané podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějšího předpisu (dále jen „kontrolní řád“), a podle § 88 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“)

1. Pravomoc k výkonu kontroly:

§ 82 odst. 2 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb.

2. Kontrolující (jméno, příjmení, č. služebního průkazu):

MVDr. Lucie Pyszková, Ph.D., č.p.: 1026

MUDr. Radka Boháčová, č.p.: 0083

Vedoucí kontrolní skupiny (jméno, příjmení):

MVDr. Lucie Pyszková, Ph.D.

Přizvané fyzické osoby (jméno, příjmení, číslo a datum vydání pověření zaměstnance zdravotního ústavu, název zdravotního ústavu/jméno, příjmení, číslo a datum vydání pověření jiné odborně způsobilé fyzické osoby) **a důvod jejich přizvání:**

3. Kontrola zahájena dne: 27.05.2025 v 10:00 hodin

úkonem: předložením služebního průkazu kontrolované osobě

4. Místo kontroly (lze specifikovat zejména názvem a adresou provozovny nebo jiným přesným popisem místa):

Ambulance stomatologie, na adrese Alšova 980/2, 669 02 Znojmo

5. Kontrolovaná osoba:

právníká osoba (obchodní firma/název, sídlo, IČO):

Dentos – zubní ordinace s.r.o., Chvalovice 290, 669 02 Chvalovice, IČO: 216 22 264

6. Osoby přítomné na místě kontroly:

kontrolovaná osoba (jméno a příjmení fyzické osoby podnikající/jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště člena/členů statutárního orgánu oprávněného/oprávněných jednat za právnickou osobu, číslo dokladu totožnosti):

povinná osoba (jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, číslo dokladu totožnosti, vztah ke kontrolované osobě ve smyslu § 5 odst. 2 písm. a) kontrolního řádu)

7. Předmět kontroly:

Plnění povinností stanovených v

- § 15, § 17, § 18 a § 100 zákona č. 258/2000 Sb., a prováděcím právním předpisu – vyhlášce č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a vybraných zařízení sociálních služeb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 306/2012 Sb.“), a v protiepidemickém provozním řádu schváleném orgánem ochrany veřejného zdraví dne **22.07.2024 pod č. j.: KHSJM 43325/2024/ZN/EPID**

8. Vzorky odebrány: ne

9. Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení protokolu:

Doručení skenu sterilizačního deníku zaevidovaného pod č.j.: KHSJM 28642/2025/ZN/EPID ze dne 28.05.2025.

den jeho provedení: 28.05.2025

10. Kontrolní zjištění včetně uvedení podkladů, ze kterých vychází:

Dne 27.05.2025 byl na základě podnětu zahájen výkon státního zdravotního dozoru (dále jen „SZD“ nebo „kontrola“), zaměřený na kontrolu hygienicko-epidemiologického režimu v ambulanci kontrolované osoby na adrese Alšova 980/2, 669 02 Znojmo, která poskytuje zdravotní služby v oboru zubní lékařství.

Provozní řád byl schválen OOVZ, v souladu s platnou legislativou.

Při místním šetření bylo kontrolováno:

- Dezinfekce (rukou, ploch, použitých nástrojů a pomůcek) – způsob použití, typ přípravku, kontrola expirace
- Sterilní materiál – kontrola expirace jednorázového sterilního materiálu, uložení
- Manipulace s jednorázovými pomůckami, osobní ochranné pracovní pomůcky
- Zajištění hygienických požadavků při ošetřování pacientů
- Manipulace a nakládání s nebezpečným odpadem – používané obaly, odnášení z pracoviště a uložení nebezpečného odpadu do jeho odvozu, frekvence odvozu odpadu ze zdravotnického zařízení
- Manipulace s čistým a použitým prádlem (osobní ochranné pracovní prostředky)
- Provádění úklidu, vyčlenění úklidových pomůcek dle účelu použití

Během místního šetření bylo zjištěno:

Jedná se o ordinaci zubního lékaře. Pracoviště sestává z ordinace a přípravny pro sestru, čekárny pro pacienty, úklidové místnosti, sociálního zařízení pro personál a WC pro pacienty.

Hygiena rukou personálu

V době místního šetření bylo v ordinaci u umyvadel k dispozici tekuté mýdlo, přípravek na hygienickou dezinfekci rukou (Mikrozid AF Liquid exp.: 07/2026, Dento Viractis 35 exp. 10.09.2026) s virucidním účinkem a jednorázové ručníky uložené v krytém zásobníku. **U druhého umyvadla pro lékaře byl uložen přípravek Octenisept exp.: 11/2023 s nevyhovující expirační dobou.** Personál neměl na rukou šperky a nehty byly krátké, přirozené.

Dezinfekce

K dispozici byly přípravky na dezinfekci ploch a předmětů (Dento-Viractis 77 exp.: 10.09.2026, Dürr Dental, exp.: 12/2027, Zhermack Zeta 3 Wipes exp.: 09/2026, Dürr MD 550, exp.: 06/2027, Metasys Green&Clean M2 Green exp.: 1/2026, Metasys Green&Clean M2 Red exp.: 1/2026, Sekusept PLUS exp.: 09/2028) s vyhovující expirační dobou.

V pravidelném intervalu jsou střídány dezinfekční přípravky s různou účinnou látkou, aby nedošlo ke vzniku rezistence mikrobů.

Jednorázové pomůcky

Na pracovišti jsou používány jednorázové pomůcky (jehly, stříkačky, jednorázové rukavice, savky apod.). **Během místního šetření byla zjištěna prošlá expirace jehel BD Microlance 3 22G (exp. 11/2024), jehel Transcodent D Neumünster 0,3x25mm (exp.: 12/2012), jehel Neopoint 25G oranžová (exp.: 11/2022), u jehel Medoject Luer – Lock nebyla na obalu vyznačena doba expirace (původní obal již nebyl k dispozici).** Ostatní sterilní materiál měl vyhovující dobu expirace.

Stomatologická křesla jsou po každém pacientovi dezinfikována dezinfekčním přípravkem (Dürr Dental FD 360, exp.: 2/2027).

Sterilní materiál

Ve zdravotnickém zařízení je prováděna sterilizace. Předsterilizační příprava je prováděna ve vyhrazeném prostoru u dřezu, za pomoci dezinfekčních přípravků (Sekusept PLUS exp.: 09/2028, Dento – Viractis 56 exp.: 10/2025) s vyhovující dobou expirace.

Sterilizace zdravotnických prostředků je prováděna v parním sterilizátoru zn. Vacuclave 118 (výrobce Melag, vyr. č. 20231181454) umístěném v ordinaci. **Dle sdělení povinné osoby a dle záznamu ve sterilizačním deníku od 28.03.2025 nebyl veden žádný záznam o sterilizaci, ani vyhodnocení chemického testu sterilizace, Helix testu a vakuového testu.** Sterilizačními obaly jsou papír-folie. Každý obal byl opatřen procesovým testem a označen datem sterilizace, **ale chybělo datum expirace.**

Kontrola parního sterilizátoru biologickými systémy je prováděna 1x ročně (ne starší 10 let) zaměstnanci Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě, Centrum hygienických laboratoří, Partyzánské náměstí 2633/7, 702 00 Moravská Ostrava, IČO: 710 09 396, což bylo doloženo předložením dokumentu ze dne 16.10.2024.

Předložen protokol o předání zařízení do provozu a převzetí montážních prací ze dne 01.10.2024, provedeno společností HASPA dent, spol. s r.o., Drážní 253/7, 627 00 Brno, IČO: 014 45 481.

Ochranné pomůcky

Personál používá při ošetřování pacientů ochranné pomůcky, které jsou individualizované pro každého pacienta. Použití jednotlivých ochranných pomůcek se volí vzhledem k typu výkonu u pacienta a riziku přenosu infekce. K dispozici byly jednorázové rukavice, sterilní rukavice, respirátory, jednorázové pláště. Po použití jsou, dle sdělení sestry, odkládány do infekčního odpadu.

Prádlo

Praní zdravotnického prádla je zajištěno Nemocnicí Znojmo, příspěvkovou organizací, MUDr. Jana Janského 2675/11, 669 02 Znojmo, IČ: 000 92 584, doklad ze dne 17.02.2025. Je zajištěno oddělené ukládání pracovního a civilního oděvu. Čisté prádlo je uloženo v uzavíratelné skříni, která se cca 1x za 14 dní dezinfikuje, špinavé prádlo je uloženo v jednorázových PVC pytlech ve vymezeném místě. Při manipulaci s prádlem jsou používány jednorázové rukavice, plášť, rouška. Po manipulaci s použitým prádlem je, dle sdělení personálu, provedena hygienická dezinfekce rukou.

Odpad

Nebezpečný ostrý odpad (**18 01 03 01***) je vyhazován do spalitelného, pevnostného, nepropichnutelného, certifikovaného a nepropustného obalu. Nebyly zjištěny nasazené krytky na použitých jehlách.

Nebezpečný biologicky kontaminovaný odpad (**18 01 03***) je v ordinaci ukládán do označených, oddělených, krytých, uzavíratelných obalů – PVC pytle v nádobách s víky. Nebezpečný odpad je odnášen denně z ordinace do vyčleněného chladicího zařízení v uzamčených sklepních prostorách. Odvoz a likvidace nebezpečného odpadu je zajištěna Nemocnicí Znojmo, příspěvkovou organizací, MUDr. Jana Janského 2675/11, 669 02 Znojmo, IČ: 000 92 584, předloženy doklady ze dne 14.01.2025, 12.02.2025, 13.05.2025.

Komunální odpad byl v označených nádobách v PVC pytlích.

Úklid

Makroskopicky nebyl zjištěn nepořádek. Úklid je realizován nasmlouvanou uklízečkou [redacted]. Všechny prostory zdravotnického zařízení se uklízí denně navlhko, jsou používány dezinfekční přípravky (Dürr Dental FD 312 exp.: 06/2026, Dento-Viractis 77 exp.: 10.09.2026). Dezinfekční

a úklidové prostředky jsou umístěny mimo ordinaci ve vyhrazeném prostoru šatny a jsou diferencovány dle charakteru použití.

Při kontrole byly zjištěny tyto závady:

1. Dezinfekční přípravek na ruce měl prošlou expirační dobu (Octenisept exp.: 11/2023).
Porušen § 17 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s § 8 a přílohou č. 4 částí II. Dezinfekce II.I. Způsoby dezinfekce bodem 2. vyhlášky č. 306/2012 Sb.
2. Jednorázové pomůcky (jehly BD Microlance 3 22G (exp. 11/2024), jehly Transcodent D Neumünster 0,3x25mm (exp.: 12/2012), jehly Neopoint 25G oranžová (exp.: 11/2022), u jehel Medoject Luer – Lock bez vyznačené doby expirace) měly prošlou expirační dobu.
Porušen § 17 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s § 7 odst. 7 a přílohou č. 3 bodem j) vyhlášky č. 306/2012 Sb.
3. Nebyl veden sterilizační deník od 28.03.2025.
Porušen § 17 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s § 8 a přílohou č. 4 část IV. Sterilizace odst. IV.VII Kontrola sterilizace bodem 2 vyhlášky č. 306/2012 Sb.
4. Od 28.03.2025 chybí datované vyhodnocení chemických testů sterilizace ve sterilizačním deníku.
Porušen § 17 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s § 8 přílohou č. 4 část IV. Sterilizace odst. IV.VII Dokumentace sterilizace bod 2 b) vyhlášky č. 306/2012 Sb.
5. Od 28.03.2025 chybí datované vyhodnocení Helix testů ve sterilizačním deníku.
Porušen § 17 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s § 8 přílohou č. 4 část IV. Sterilizace odst. IV.VII Dokumentace sterilizace bod 2 c) vyhlášky č. 306/2012 Sb.
6. Od 28.03.2025 chybí datované vyhodnocení vakuových testů ve sterilizačním deníku.
Porušen § 17 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s § 8 přílohou č. 4 část IV. Sterilizace odst. IV.VII Dokumentace sterilizace bod 2 d) vyhlášky č. 306/2012 Sb.
7. Na sterilizačních obalech nebylo uvedeno datum expirace.
Porušen § 17 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s § 8 a přílohou č. 4 částí IV. Sterilizace odst. IV.IV. Obaly bodem 4 vyhlášky č. 306/2012 Sb.

11. Požadavek kontrolujících na podání písemné zprávy o odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou podle § 10 odst. 2 kontrolního řádu:

Kontrolovaná osoba předloží písemnou zprávu o odstranění zjištěných nedostatků ve lhůtě do: -

12. Poučení:

Podle § 13 kontrolního řádu námitky proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole může kontrolovaná osoba podat Krajské hygienické stanici Jihomoravského kraje se sídlem v Brně ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole. Námitky se podávají písemně, musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním.

13. Protokol vyhotoven dne: 23.06.2025

14. Protokol obsahuje (počet stránek protokolu): **5**

Protokol byl vyhotoven ve 2 stejnopisech.

15. Podpisy kontrolujících:

(podepsáno elektronicky)

MVDr. Lucie Pyszková, Ph.D.
vyšší rada
oddělení protiepidemického
územní pracoviště Brno a Znojmo

MUDr. Radka Boháčová, v.r.
vedoucí protiepidemického oddělení
územní pracoviště Brno a Znojmo